

お客様各位

2025年2月
テルモ株式会社

ソルデム1輸液（500mL品）
自主回収のお詫びとご協力をお願い

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品につきまして、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、『ソルデム1輸液』500mL品の特定ロット（241125JA）において、製造設備の調整を誤ったことにより、装置の一部が輸液バッグに強く接触したことで傷が発生し、液漏れを起こすことが判明いたしました。このため、当該製品を自主回収させていただきます。

つきましては、当該製品の使用を中止し、速やかな回収及び返品にご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、これまでに本件に関連した健康被害の報告はございません。

本製品の回収に伴い、医療関係者様や患者様に大変なご迷惑をお掛けいたしますこと、重々承知いたしておりますが、何卒、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象品種・ロット

| 品名 | 容量 | 統一商品コード | 製品コード | 回収対象ロット |
|---------|-------|-----------|------------|----------|
| ソルデム1輸液 | 500mL | 350142672 | TP-A05GM1V | 241125JA |

■回収開始日

2025年2月4日（火）

■代替品について

波及性がないことを確認した回収対象ロット以降の製剤を出荷しております。

■お問い合わせ先

テルモ・コールセンター 0120-12-8195（9：00～17：45 土・日・祝日を除く）

以上